


## スコープホルダー 取扱説明書



滅菌はオートクレーブ<sup>®</sup>、EOG、ステラット<sup>®</sup>が可能です。  
 使用後は十分に洗浄を行いよく乾燥させてください。  
 洗浄の際目の粗い磨き粉や金属ウールにて表面を磨かないでください。